SOLUTION CHANGE

UTICA CITY
POLICE DEPT
DATAMASTER dmt: 100282


Date: 11/02/2026


OPERATOR NAME:
JOSHUA R HARRINGTON
Permit #: 38303
Operator Agency/Dept: UTICA CITY PD
Reference Standard #: 26270


Nominal = 0.10 g/210L

BLANK TEST	0.00	10:26
INTERNAL STANDARD	VERIFIED	10:26
REFERENCE STANDARD TEMP	34.00c	
REFERENCE STANDARD	0.09	10:26
BLANK TEST	0.00	10:27
REFERENCE STANDARD TEMP	34.00c	
REFERENCE STANDARD	0.09	10:28
BLANK TEST	0.00	10:28
REFERENCE STANDARD TEMP	34.00c	
REFERENCE STANDARD	0.09	10:29
BLANK TEST	0.00	10:29

26-44545







SOLUTION CHANGE

UTICA CITY
POLICE DEPT
DATAMASTER dmt: 107308

Date: 11/02/2026

OPERATOR NAME:
JOSHUA R HARRINGTON
Permit #: 38303
Operator Agency/Dept: UTICA CITY PD
Reference Standard #: 26270

Nominal = 0.10 g/210L

BLANK TEST	0.00	10:05
INTERNAL STANDARD	VERIFIED	10:05
REFERENCE STANDARD TEMP	34.02c	
REFERENCE STANDARD	0.10	10:05
BLANK TEST	0.00	10:06
REFERENCE STANDARD TEMP	34.02c	
REFERENCE STANDARD	0.10	10:06
BLANK TEST	0.00	10:07
REFERENCE STANDARD TEMP	34.02c	
REFERENCE STANDARD	0.10	10:08
BLANK TEST	0.00	10:08

26- 44545

