SUPERVISOR TEST

UTICA CITY
POLICE DEPT
DATAMASTER dmt: 107308


Date: 11/04/2026


OPERATOR NAME:
JOSHUA R HARRINGTON
Permit #: 38303
Operator Agency/Dept: UTICA CITY PD
Reference Standard #: 26270


Nominal = 0.10 g/210L

BLANK TEST	0.00	11:25
INTERNAL STANDARD	VERIFIED	11:26
REFERENCE STANDARD TEMP	34.02c	
REFERENCE STANDARD	0.10	11:26
BLANK TEST	0.00	11:27
REFERENCE STANDARD TEMP	34.02c	
REFERENCE STANDARD	0.10	11:27
BLANK TEST	0.00	11:28
REFERENCE STANDARD TEMP	34.02c	
REFERENCE STANDARD	0.10	11:28
BLANK TEST	0.00	11:29

26-445-48







SUPERVISOR TEST

UTICA CITY
POLICE DEPT
DATAMASTER dmt: 100282

Date: 11/04/2026

OPERATOR NAME:
JOSHUA R HARRINGTON
Permit #: 38303
Operator Agency/Dept: UTICA CITY PD
Reference Standard #: 26270

Nominal = 0.10 g/210L

BLANK TEST	0.00	09:17
INTERNAL STANDARD	VERIFIED	09:17
REFERENCE STANDARD TEMP	34.00c	
REFERENCE STANDARD	0.09	09:18
BLANK TEST	0.00	09:18
REFERENCE STANDARD TEMP	34.00c	
REFERENCE STANDARD	0.09	09:19
BLANK TEST	0.00	09:19
REFERENCE STANDARD TEMP	34.00c	
REFERENCE STANDARD	0.09	09:20
BLANK TEST	0.00	09:21

26-44548



